

Trieste, 01/06/2018

Oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO – fornitura di un microperimetro per la SC di Oculistica

Questo IRCCS intende avviare una consultazione preliminare del mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici in grado di rispondere ai requisiti minimi richiesti per l'apparecchiatura in oggetto. Alla consultazione preliminare del mercato potrà seguire un affidamento diretto o una procedura negoziata.

OBIETTIVO

Implementare la dotazione di apparecchiature elettromedicali in uso presso la SC di Oculistica con un microperimetro che permetta lo studio, l'analisi e la classificazione della fissazione retinica, attraverso esami, anche in modalità rapida, adatta all'uso su bambini, senza necessità di dilatare la pupilla e che permetta la valutazione nel tempo dei pazienti (follow up). Il microperimetro verrà infatti utilizzato per la riabilitazione di bambini per casi di maculopatie, alterazione della fissazione, ambliopia e ipovisione.

REQUISITI – OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Il microperimetro deve possedere i requisiti sotto elencati:

- Fornisca la soglia di sensibilità differenziale, con rappresentazione topografica, con possibilità di evidenziare gli scotomi centrali;
- Acquisisca immagine retiniche tramite tecnologia SLO, con esame perimetrico del fundus;
- Esame non midriatico;
- Dotato di un efficace retinal eye tracker;
- Valutazioni di esami in follow up;
- Valuti la stabilità della fissazione e la sensibilità maculare (soglia di sensibilità retinica nei vari punti esaminati);
- Esame rapido in circa 2-4 min;
- In grado di proiettare mire stabili e dinamiche;
- Controlli la fissazione con biofeedback acustici;
- Programma di training della fissazione con biofeedback acustico;
- Prevede la possibilità di creare nuovi programmi per la stimolazione visiva

Direzione Amministrativa

Struttura competente: S.C. Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti

• tel: 040.3785641 • fax 040.3785546

• e-mail: provveditorato@burlo.trieste.it • posta certificata:

ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008
Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet n. IT-38050

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	DIREZIONE AMMINISTRATIVA tel. +39 040 3785.225 ● fax +39 040 040.660919 ● cf. 00124430323 email: direzione.amministrativa@burlo.trieste.it pec: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it 34137 Trieste, via dell'Istria 65/1
ISTITUTO DI RICOVERO e CURA a CARATTERE SCIENTIFICO Burlo Garofolo di Trieste 	

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente una consultazione preliminare del mercato volta ad individuare gli operatori economici presenti sul mercato, che possano soddisfare il bisogno espresso.

Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto od interessi (risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo) si verranno a costituire a seguito della presentazione della manifestazione d'interesse.

La stazione appaltante, si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare la consultazione ovvero di non dar corso ad alcun successivo atto nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa.

Le ditte interessate, in possesso dei requisiti/caratteristiche sopra indicati, **dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, completa di descrizione tecnica da cui si evinca il possesso dei requisiti/caratteristiche di cui sopra, a mezzo posta elettronica certificata:**

PEC: ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it

entro e non oltre il giorno 13/06/2018 ore 12:00

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (www.burlo.trieste.it) – Amministrazione trasparente sez. Bandi di Gara e Contratti.

Per informazioni contattare la SC Ingegneria Clinica Informatica ed Approvvigionamenti (tel: 040 3785 800).

Dirigente della SC Ingegneria Clinica
 Informatica e Approvvigionamenti
ing. Francesco Barbagli
f.to digitalmente

Direzione Amministrativa

Struttura competente: S.C. Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti

● tel: 040.3785641 ● fax 040.3785546

● e-mail: provveditorato@burlo.trieste.it ● posta certificata:

ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008
 Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet n. IT-38050