



Trieste, 13/02/2018

## INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO - FORNITURA DI UN ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI COMPRESIVO DI KIT

Questo IRCCS intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato finalizzata a selezionare operatori da invitare alla procedura per l'affidamento della fornitura di un estrattore di acidi nucleici comprensivo di kit, destinato alla s.s.d. diagnostica avanzata microbiologica traslazionale per l'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste.

L'IRCCS ha necessità di dotarsi di un estrattore di acidi nucleici con i sotto elencati requisiti:

- Strumento automatico con modalità walk-away, ovvero una volta caricati i campioni e i reagenti e dati avvio alla procedura, non ci debba essere alcuna operazioni da parte dell'operatore fino alla conclusione del processo;
- in grado di eseguire da 1 a 16 estrazioni per seduta
- Diverse tipologie di campioni biologici per seduta
- Ampio range di volumi di estrazione
- Purificazione acidi nucleici
- Quantificazione automatica acido nucleico
- Rapidità nei tempi di estrazione (max 60 minuti)
- Dimensioni compatte
- Dispositivo allegato per decontaminazione dello strumento
- Sistema modulabile con altri strumenti post-estrazione

In grado di eseguire estrazione del DNA da:

- sangue intero
- tessuto
- Plasma
- Urina

### Direzione Amministrativa

Struttura competente: S.C. Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti

Responsabile del Procedimento/Procedura: Ing. Riccardo Zangrando

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Francesco Barbagli

• tel: 040.3785641 • fax 040.3785546

• e-mail: provveditorato@burlo.trieste.it • posta certificata: ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet n. IT-38050



- Tampone salivare
- Tampone orale
- Tamponi vaginali, cervicali e uretrali

I kit/reattivi dovranno essere:

- pronti all'uso, con conformità ai sensi del D.Lgs. 332/2000 (attuazione della direttiva europea 98/79);
- predosati in appositi contenitori/cartucce;
- pronti all'uso e stabili a temperatura ambiente;
- Sistema di apertura tale da evitare qualsiasi contatto con l'operatore;

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente un'indagine conoscitiva volta ad individuare gli operatori economici presenti sul mercato, che possano soddisfare il bisogno espresso.

Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto od interessi (risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo) si verranno a costituire a seguito della presentazione della manifestazione d'interesse.

La stazione appaltante, si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l'indagine ovvero di non dar corso ad alcun successivo atto nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa.

Le ditte interessate, in possesso dei requisiti/caratteristiche sopra indicati, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, completa di descrizione tecnica da cui si evinca il possesso dei requisiti/caratteristiche di cui sopra, a mezzo posta elettronica certificata: **PEC: [ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it](mailto:ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it)** entro e non oltre il giorno 21/2/2018. Sono ammesse domande di chiarimento entro il giorno 19/2/2018.

**Direzione Amministrativa**

*Struttura competente: S.C. Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti*

*Responsabile del Procedimento/Procedura: Ing. Riccardo Zangrandi*

*Responsabile dell'istruttoria: Ing. Francesco Barbagli*

• tel: 040.3785641 • fax 040.3785546

• e-mail: [provveditorato@burlo.trieste.it](mailto:provveditorato@burlo.trieste.it) • posta certificata: [ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it](mailto:ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it)




Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato CISO/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet n. IT-38050

Si richiede inoltre di indicare l'iscrizione della ditta interessata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente ([www.burlo.trieste.it](http://www.burlo.trieste.it)) - Amministrazione trasparente sez. Bandi di Gara e Contratti.

Per il Responsabile della SC Ingegneria Clinica  
Informatica e Approvvigionamenti  
ing. Riccardo Zangrando -  
(ing. Francesco Barbagli)



**Direzione Amministrativa**

Struttura competente: S.C. Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti

Responsabile del Procedimento/Procedura: Ing. Riccardo Zangrando

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Francesco Barbagli

• tel: 040.3785641 • fax 040.3785546

• e-mail: [provveditorato@burlo.trieste.it](mailto:provveditorato@burlo.trieste.it) • posta certificata:

[ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it](mailto:ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it)



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet n. IT-38050