

Trieste, 06/03/2018

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO - FORNITURA DI UN COLORATORE AUTOMATICO PER IL GRAM

Questo IRCCS intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato finalizzata a selezionare operatori da invitare alla procedura per l'affidamento della fornitura di un **COLORATORE AUTOMATICO PER IL GRAM usata, perfettamente funzionante, con prima messa in uso non antecedente al 2015**, destinato alla S.S.D. Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale per l'IRCSS "Burlo Garofolo" di Trieste con i sotto elencati requisiti:

- Coloratore centrifugo a nebulizzazione
- Capacità del rotore: minimo 12 vetrini
- Elevata velocità operativa: indicativamente 5 minuti per un ciclo medio di colorazione
- Protocolli di colorazione programmabili
- Indicazione
- Colorazione standardizzata per tutti i vetrini
- Assenza di contaminazione tra vetrini
- Flacoli sigillati e pronti all'uso,
- Sistema di scarico dedicato senza lavello
- Contenitore per i reflui dedicato e sigillato con indicazione del troppo pieno
- Sistema di pulizia automatico

I consumabili dovranno essere:

- con conformità ai sensi del D.Lgs. 332/2000 (attuazione della direttiva europea 98/79);
- pronti all'uso e stabili a temperatura ambiente;
- Sistema di apertura tale da evitare qualsiasi contatto con l'operatore;

La ditta dovrà quindi inoltrare la propria manifestazione d'interesse corredata della scheda tecnica dell'apparecchiatura e dei consumabili che intende proporre.

Direzione Amministrativa

Struttura competente: S.C. Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti

Responsabile del Procedimento/Procedura: Ing. Riccardo Zangrando

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Francesco Barbagli

● tel: 040.3785641 ● fax 040.3785546

● e-mail: provveditorato@burlo.trieste.it ● posta certificata: ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008
Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet n. IT-38050

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente un'indagine conoscitiva volta ad individuare gli operatori economici presenti sul mercato, che possano soddisfare il bisogno espresso. Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto od interessi (risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo) si verranno a costituire a seguito della presentazione della manifestazione d'interesse.

La stazione appaltante, si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l'indagine ovvero di non dar corso ad alcun successivo atto nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa.

Le ditte interessate, in possesso dei requisiti/caratteristiche sopra indicati, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, completa di descrizione tecnica da cui si evinca il possesso dei requisiti/caratteristiche di cui sopra, a mezzo posta elettronica certificata: PEC: ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it entro e non oltre il giorno 13/3/2018 alle ore 12:00. Sono ammesse domande di chiarimento entro il giorno 9/3/2018.

Si richiede inoltre di indicare l'iscrizione della ditta interessata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (www.burlo.trieste.it) - Amministrazione trasparente sez. Bandi di Gara e Contratti.

Per il Responsabile della SC Ingegneria Clinica
Informatica e Approvvigionamenti
ing. Riccardo Zangrando -
(ing. Francesco Barbagli)

Direzione Amministrativa

Struttura competente: S.C. Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti

Responsabile del Procedimento/Procedura: Ing. Riccardo Zangrando

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Francesco Barbagli

● tel: 040.3785641 ● fax 040.3785546

● e-mail: provveditorato@burlo.trieste.it ● posta certificata:
ingegneria.clinica@pec.burlo.trieste.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008
Certificato CISO/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet n. IT-38050