

 <b>IRCCS Burlo</b> Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste	
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
<b>DIREZIONE AMMINISTRATIVA</b>	
34137 Trieste, via dell'Istria 65/1 tel. +39 040 3785.225 fax +39 040 666019	cf. 00124430323 email: <a href="mailto:direzione.amministrativa@burlo.trieste.it">direzione.amministrativa@burlo.trieste.it</a> pec: <a href="mailto:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it">OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it</a>

Prot.

Cl.

Trieste, data della firma digitale

**Oggetto: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 –  
Intervento di manutenzione straordinaria al gruppo pompe del vuoto a servizio  
dell'attività operatoria dell'Istituto, al civico 65/1 di via dell' Istria.**

Premesso che:

- in data odierna è stata segnalata la situazione di emergenza relativa al gruppo pompe del vuoto a servizio dell'attività operatoria dell'Istituto, dove risulta pienamente funzionante solo 1 delle 3 pompe presenti,

rilevato che:

- la situazione è estremamente pericolosa in quanto l'eventuale guasto dell'ultima pompa priverebbe l'Istituto della possibilità di utilizzare il vuoto centralizzato in attività ospedaliera, e l'utilizzo dell'altro gruppo pompe presente non è consigliabile in quanto materiale obsoleto e non rispondente a normativa,

è stata contattata per una proposta manutentiva urgente la Ditta Air Liquide s.r.l., P.Iva: 12874240158, Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano, che si è resa disponibile ad intervenire in tempi congrui per risolvere l'emergenza.

I compensi dovuti saranno valutati a consuntivo.

Si redige il presente verbale per ogni eventuale necessità conseguente all'accaduto.

Il collaboratore tecnico professionale esperto

*Ing. Vito Suklan*

#### Direzione Amministrativa

Struttura competente: SC Gestione Tecnica Edile Impiantistica  
 Responsabile della struttura: *Ing. Elena Clio Pavan*  
 Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*  
 Responsabile dell'Istruttoria: *arch.iunior Davide Stefani*  
 ● tel: 040.3785.241  
 ● e-mail: [direzione.technica@burlo.trieste.it](mailto:direzione.technica@burlo.trieste.it)  
 ● posta certificata: [OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it)



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO  
9001:2008

Certificato CISO/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet  
n. IT-38050