

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
ISTITUTO DI RICOVERO e CURA a CARATTERE SCIENTIFICO Burlo Garofolo di Trieste	 BURLO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	
34137 Trieste, via dell'Istria 65/1 cf. 00124430323	
tel. +39 040 3785.225	email: direzione.amministrativa@burlo.trieste.it
fax +39 040 666019	pec: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it

Trieste, data della firma digitale

**Oggetto: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 -
Rinforzo grate di sostegno bombole aria medicale.**

E' giunta segnalazione all'ufficio tecnico da parte del tecnico Air Liquide, in presidio presso l'Istituto, della avvenuta deformazione delle grate metalliche di sostegno dei pacchi bombole di aria medicale.

Tale deformazione risulta pericolosa in fase di spostamento dei pacchi bombole, in quanto in caso di cedimento strutturale di tali grate i pacchi cadrebbero nel cavedio sottostante.

Vista l'imminente scadenza del contenuto dei pacchi bombola dell'aria medicale, che ne renderebbe impossibile l'utilizzo dopo tale data, si rende indispensabile procedere con urgenza al rafforzamento delle suddette griglie.

Verrà utilizzata la Ditta che ha appena terminato il contratto aperto di opere da fabbro, in quanto a conoscenza del problema e delle procedure dell'Istituto.

Si redige il presente verbale per ogni eventuale necessità conseguente all'accaduto.

Il Tecnico Incaricato

Ing. Vito Suklan

Direzione Amministrativa

Struttura competente: SC Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale

Responsabile della struttura: *Ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile dell'Istruttoria: *Geometra Jacopo Bais*

● tel: 040.3785.326

● e-mail: direzione.technica@burlo.trieste.it

● posta certificata: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO
9001:2008

Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet
n. IT-38050