

Dati generali della procedura

Numero RDO:	960639
Descrizione RDO:	Fornitura di una lavaendoscopi per ORL
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	I.R.C.C.S. ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO GAROFOLO TRIESTE 00124430323 Via Dell'Istria 65/1 TRIESTE TS
Punto Ordinante	Riccardo Zangrando
Soggetto stipulante	Nome: Riccardo Zangrando Amministrazione: I.R.C.C.S. ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO GAROFOLO TRIESTE
Codice univoco ufficio - IPA	UFB66C
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Zangrando Riccardo
Data e ora inizio presentazione offerte:	02/10/2015 14:56
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	09/10/2015 12:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	07/10/2015 14:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2015 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità
Numero fornitori invitati:	3
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Fornitura di una lavaendoscopi per ORL
CIG	Z66165A145
CUP	
Dati di consegna	Via dell'istria 65/1Trieste - 34137 (TS)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via dell'istria 65/1Trieste - 34137 (TS)
Termini di pagamento	60gg df
Importo totale a base d'asta	18500,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Lavaendoscopi per ORL
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Codice articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Macchina automatica per il lavaggio e la disinfezione di alto livello degli endoscopi flessibili ORL
4	* Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Luogo di produzione	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Posizionamento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Libero su carrello
7	* Agente sterilizzante	Tecnico	Valore	Acido

			minimo ammesso	peracetico
8	* Temperatura di sterilizzazione [°C]	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fino a 45
9	* Numero vassoi	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
10	* Numero sportelli	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
11	* Numero programmi sterilizzazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	3
12	* Filtraggio alimentazione acqua [μ]	Tecnico	Valore minimo ammesso	0,22
13	* Livello rumorosità [dB]	Tecnico	Valore suggerito	50
14	* Larghezza [cm]	Tecnico	Valore suggerito	90
15	* Profondità [cm]	Tecnico	Valore suggerito	60
16	* Altezza [cm]	Tecnico	Valore suggerito	100
17	* Dotazione carrello	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
18	* Possibilità di connessione a computer	Tecnico	Valore suggerito	SI
19	* Stampante integrata	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
20	* Memorizzazione	Tecnico	Valore suggerito	SI
21	* Durata ciclo di lavaggio completo rapido [min]	Tecnico	Valore massimo ammesso	20
22	* Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	18500

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo	Modalita'	Obbligatorio	Documento
-------------	-------	------	-----------	--------------	-----------

		Richiesta	risposta		unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Fornitura di una lavaendoscopi per ORL	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	A.G. MEDICAL S.R.L.	03014220275	03014220275
2	NUOVA FARMEC	01737830230	00133360081
3	STEELCO SPA	04311220265	04311220265