

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1095131
Descrizione RDO:	Aghi villocentesi
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	I.R.C.C.S. ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO GAROFOLO TRIESTE 00124430323 Via Dell'Istria 65/1 TRIESTE TS
Punto Ordinante	Riccardo Zangrando
Soggetto stipulante	Nome: Riccardo Zangrando Amministrazione: I.R.C.C.S. ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO GAROFOLO TRIESTE
Codice univoco ufficio - IPA	UFB66C
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	ing. Riccardo Zangrando
Data e ora inizio presentazione offerte:	15/01/2016 11:55
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	20/01/2016 12:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	18/01/2016 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	22/01/2016 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità
Numero fornitori invitati:	1
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	aghi villocentesi
----------------------------	-------------------

CIG	Z91180A93E
CUP	
Dati di consegna	Via Caboto 23Trieste - 34137 (TS)consegna ripartita
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via dell'istria 65/1Trieste - 34137 (TS)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	720,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Aghi biopsia citologica
Quantita'	60

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	CHIBELL
2	* Articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
4	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIOPSYBELL
5	Articolo produttore	Tecnico	Valore unico ammesso	CH2020EC
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	AGO ASPIRATO PUNTA CHIBA PER BIOPSIA TESSUTI MOLLI E DIGNOSI PRENATALEE
7	* Codice CND	Tecnico	Valore minimo ammesso	A01020102

8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	AISI 304 - PC - ABS - Polimero Termoplastico
9	Luogo di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Biopsybell Srl - Via Lea Cazzuoli n. 14/16 - 41037 Mirandola (MO)
10	Sterile	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
11	Latex free	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
12	Fermo scorrevole	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
13	Misura [G]	Tecnico	Valore unico ammesso	20
14	Lunghezza ago [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 20 a 24
15	Punta atraumatica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
16	Marker ecogeno	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
17	Mandrino	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
18	Codice colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Aghi biopsia citologica
Quantita'	60

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	CHIBELL
2	* Articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
4	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIOPSYBELL
5	Articolo produttore	Tecnico	Valore unico ammesso	CH1815EC
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	AGO ASPIRATO PUNTA CHIBA PER BIOPSIA TESSUTI MOLLI E DIGNOSI PRENATALEE
7	* Codice CND	Tecnico	Valore minimo ammesso	A01020102
8	Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	AISI 304 - PC - ABS - Polimero Termoplastico
9	Luogo di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Biopsybell Srl - Via Lea Cazzuoli n. 14/16 - 41037 Mirandola (MO)
10	Sterile	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
11	Latex free	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
12	Fermo scorrevole	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
13	Misura [G]	Tecnico	Valore unico ammesso	18
14	Lunghezza ago [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 13 a 15

15	Punta atraumatica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
16	Marker ecogeno	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
17	Mandrino	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
18	Codice colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	aghi villocentesi	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	BIOPSYBELL S.R.L.	02615000367	02615000367