REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Burlo Garofolo di Trieste
BURLO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
34137 Trieste, via dell'Istria 65/1 cf. 00124430323
tel.+39 040 3785.800 email: francesco.barbagli@burlo.trieste.it
fax +39 040 762147 pec:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it

Trieste, *data della firma digitale*

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI UN

ISOLATORE PER L'ALLESTIMENTO DI ANTIBLASTICI

Si rende noto che l'IRCCS Burlo Garofolo (da ora Istituto) intende effettuare un'indagine di mercato a scopo conoscitivo finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare ad una successiva fase di negoziazione su piattaforma MEPA, per la fornitura di un "ISOLATORE PER L'ALLESTIMENTO DI ANTIBLASTICI".

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente un'indagine conoscitiva volta ad individuare gli operatori economici presenti sul mercato, che possano soddisfare le necessità espresse. Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto od interessi si verranno a costituire a seguito della presentazione della manifestazione d'interesse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l'indagine, ovvero di non dar corso ad alcun successivo atto, nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa.

Si elencano di seguito le informazioni necessarie ai fini della presentazione delle manifestazioni di interesse:

1. **STAZIONE APPALTANTE:** Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico BURLO GAROFOLO – Ospedale pubblico ad alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino Via dell'Istria n. 65/1 – 34137 Trieste - codice NUTS IT044 – Tel. 040 37851 – Fax 040762147 – indirizzo internet: www.burlo.trieste.it – indirizzo PEC OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it;

2. **SERVIZIO COMPETENTE:** S.C. Ingegneria Clinica, Informatica ed Approvvigionamenti - Via dell'Istria n. 65/1 – 34137 Trieste - Tel. 0403785802 – indirizzo PEC OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it - indirizzo e-mail: dario.carlevaris@burlo.trieste.it , francesco.barbagli@burlo.trieste.it;
3. **CODICI DI RIFERIMENTO**: Vocabolario comune per gli appalti CPV: 33000000. L'appalto non è suddiviso in lotti;
4. **LUOGO DI INSTALLAZIONE:** Trieste, Via dell'Istria n. 65/1, SC Clinica Pediatrica;
5. **REQUISITI PER L'AMMISSIONE:** Potranno essere ammessi a formulare istanze i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
    - requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
    - requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A. per l'attività corrispondente all'oggetto della procedura;
    - requisiti di capacità tecnica e professionale: avvenuta regolare esecuzione di forniture analoghe a quanto richiesto nel presente avviso, effettuate per conto di enti pubblici, con caratteristiche assimilabili a quelle sin qui, per un importo complessivo almeno pari ad € 50.000,00=, la cui esecuzione si sia svolta nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso

6. **OGGETTO DELLA FORNITURA e CARATTARISTICHE TECNICHE INDICATIVE:**

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di un isolatore per l'allestimento di antiblastici, da installare presso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'IRCCS Burlo Garofolo. L'isolatore verrà installato in un locale non classificato per la preparazione degli antiblastici in sicurezza, sia per l'operatore sia per il preparato, con una stima di 2-3 preparazioni/giorno.

Sono di seguito indicati i requisiti tecnici indicativi della soluzione richiesta:

- Conforme alle norme ISO 14644-7:2004, DIN 12980;
- Classe della camera di lavoro certificata almeno ISO 5 secondo norma ISO 14644-1
- Dotata di 3 banchi filtranti almeno HEPA H14, sotto il piano di lavoro, prima del flusso laminare, prima dell'espulsione;
- Dotato di un passa materiali sul lato SX rispetto alla camera di lavoro, con doppia porta interbloccata, in pressione positiva, con filtro HEPA H14, classe ISO 5, ingombro esterno circa 50-60 cm, piano di carico scorrevole verso l'interno dell'isolatore, piano di trasferimento del materiale in acciaio INOX AISI 316;
- Camera di lavoro con spazio utile di circa 150 cm;
- Camera interna in pressione negativa, piano di lavoro in acciaio INOX AISI 316;

- Sistema di controllo della tenuta tramite procedura automatizzata, gestibile dalla centralina;
- Finestra di lavoro apribile per un'agevole sanificazione;
- Isolatore con espulsione attraverso un thimble;
- Pedali, luci, allarmi e quant'altro necessario per l'uso dell'apparecchiatura in sicurezza;
- I fori sulla finestra di lavoro verranno definiti solo dopo l'aggiudicazione. I destinatari dell'apparecchiatura valuteranno, presso una sede scelta dall'aggiudicatario, la miglior soluzione possibile in base alle esigenze. A titolo di esempio si definiranno numero di fori (2 o 3), dimensioni dei fori, forma (tondo o ovale), altro;
- L'isolatore verrà fornito con appositi guanti della tipologia idonea ai fori scelti dopo l'aggiudicazione;

Opzionale:

- Sistema di decontaminazione con H2O2 almeno al 12%, anche non integrato/controllato all'isolatore, con qualificazione del processo di sterilizzazione;

Servizi compresi nella fornitura:

- Ogni onere di imballaggio, trasporto e consegna, formazione, viaggi e trasferte;
- Collaudo funzionale nel locale di destinazione, compresi quindi tutti i raccordi e tutto il necessario per collegare il "thimble" alla predisposizione già presente nel locale di destinazione;
- Formazione adeguata all'uso;
- 24 mesi di garanzia;

7. **IMPORTO**: L'importo riferito alla presente indagine di mercato viene stimato complessivamente in € 50.000,00 (oltre IVA), comprese opzioni, installazione, formazione e servizi;
8. **TEMPO DI CONSEGNA e COLLAUDO**: La consegna delle apparecchiature oggetto dell'appalto dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla avvenuta stipula del contratto di fornitura.
9. **NORMATIVA APPLICABILE**: D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;
10. **PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE**: La manifestazione d'interesse, redatta in lingua italiana, dovrà essere inviata mezzo PEC all'indirizzo OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it indirizzata all'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo - S.C. Ingegneria Clinica, Informatica ed Approvvigionamenti – e riportare in oggetto la seguente dicitura:

<MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - ISOLATORE PER L'ALLESTIMENTO DI ANTIBLASTICI >.

La richiesta dovrà pervenire **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 05/02/2020.**

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare:

a. la propria manifestazione d'interesse sottoscritta dal legale rappresentante utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto;

La richiesta dovrà indicare necessariamente un indirizzo PEC, a cui l'Istituto invierà tutte le eventuali successive comunicazioni. L'Istituto non si assume responsabilità in ordine a mancate comunicazioni dovute ad eventuali indirizzi di posta certificate erronei od incompleti, comunicati dall'operatore.

11. **INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI**: Qualsiasi informazione può essere richiesta a mezzo mail all'indirizzo:
    a. davide.zanon@burlo.trieste.it per informazioni di carattere tecnico
    b. dario.carlevaris@burlo.trieste.it , francesco.barbagli@burlo.trieste.it per informazioni di carattere amministrativo;

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/01/2020.

Eventuali chiarimenti saranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto (www.burlo.trieste.it) alla sezione **Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti;**

Nella medesima sezione sarà parimenti pubblicata ogni ulteriore comunicazione inerente la procedura;

12. **RICORSI**: L'organo competente per le procedure di ricordo è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia con sede a Trieste, in Piazza dell'Unità d'Italia n. 7 – 34121 – telefono 040 6724711 – fax 040 6724720. I termini per la proposizione del ricorso sono indicati nel Libro II del Codice del Processo Amministrativo, D. L.vo 02.07.2010, n. 104.
13. **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii, è il Dott. Dario Carlevaris (tel. 040/3785 432 – indirizzo mail: dario.carlevaris@burlo.trieste.it;
14. **PUBBLICAZIONE:** Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data **20/01/2020**, inviato sulla GUUE il 15/01/2020.

Il Responsabile Unico del Procedimento
per la SC di Ingegneria Clinica, Informatica ed Approvvigionamenti
dott. Dario CARLEVARIS
- documento firmato digitalmente -

Documento firmato da:
DARIO CARLEVARIS
20.01.2020 10:10:29 UTC