

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI  
ECONOMICI PER LA FORNITURA DI UN ISOLATORE PER L'ALLESTIMENTO DI ANTIBLASTICI

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

QUESITI – RISPOSTE E CHIARIMENTI

**QUESITO N. 1**

in riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente azienda XXXXX inoltra le seguenti richieste di chiarimento:

1) si chiede di confermare:

- l'importo delle forniture analoghe, in quanto a pag 2 dell'Avviso è indicato € 50.000, mentre a pag 3 del modulo da compilare è indicato € 95.000;

- che le forniture siano riferibili a enti pubblici / privati anche siti all'estero.

2) XXXXXX è azienda di nuova costituzione, derivante da scissione di ramo d'azienda di YYYYYYYY in data 09/12/2019, quindi impossibilitata a presentare elenco forniture analoghe effettuate direttamente da XXXXXXX, pertanto si chiede di poter indicare a titolo di referenze, le forniture effettuate dall'azienda YYYYYYYY riferibili a prodotti pertinenti all'ambito dell'oggetto della presente manifestazione di interesse (isolatori della divisione XXXXXXX) e che sono stati trasferiti a XXXXXXX, allegando a comprova Atto Costitutivo di XXXXXXX con dettaglio del trasferimento dei marchi di impresa XXXXXXX e relativi attestati di registrazione dei marchi

**RISPOSTA N.1**

1)

– C'è un refuso nel modulo, si conferma che l'importo delle forniture analoghe è pari ad € **50.000,00=** come riportato dall'Avviso pubblicato

– Nessuna limitazione Italia/estero (purché verificabili poi dalla Stazione Appaltante)

2) L'operatore economico può produrre la documentazione come riportato; la Stazione Appaltante verificherà e si riserva di valutare il possesso dei richiesti requisiti.

**CHIARIMENTO**

Si fa presente che nell'Avviso è riportato – tra i requisiti tecnici indicativi della soluzione richiesta – che l'isolatore sia:

“Dotato di un passa materiali sul lato SX rispetto alla camera di lavoro, con doppia porta interbloccata, *in pressione positiva*, con filtro HEPA H14, classe ISO 5, ingombro esterno circa 50-60 cm, piano di carico scorrevole verso l'interno dell'isolatore, piano di trasferimento del materiale in acciaio INOX AISI 316”

Si specifica che le parole “~~in pressione positiva~~” non sono da tenere in considerazione ai fini requisiti tecnici.