



Trieste, data della firma digitale

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO  
FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA  
FORNITURA DI UN**

**ECOTOMOOGRAFO GINECOLOGICO CON APPLICAZIONI  
INTRAOPERATORIE per il progetto F.E.M.A.L.E.  
dell'IRCCS BURLO GAROFOLO**

**CUP C92F20000750001**

Si rende noto che l'IRCCS Burlo Garofolo (da ora Istituto) intende effettuare un'indagine di mercato a scopo conoscitivo finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare ad una successiva fase di negoziazione su piattaforma MEPA-CONSIP, per la fornitura di un "ECOTOMOOGRAFO GINECOLOGICO CON APPLICAZIONI INTRAOPERATORIE per il progetto F.E.M.A.L.E. dell'IRCCS BURLO GAROFOLO".

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente un'indagine conoscitiva volta ad individuare gli operatori economici presenti sul mercato, che possano soddisfare le necessità espresse. Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto od interessi si verranno a costituire a seguito della presentazione della manifestazione d'interesse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l'indagine, ovvero di non dar corso ad alcun successivo atto, nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa.

Potranno essere inviate alla successiva fase di gara, su piattaforma CONSIP-MEPA, manifestazioni d'interesse che presentino soluzioni con requisiti tecnico/funzionali anche non perfettamente rispondenti a quanto sotto elencato, specificando tuttavia la soluzione alternativa proposta.

S.C. Ingegneria Clinica, Informatica ed Approvvigionamenti  
Dirigente Responsabile: dott. Dario Carlevaris  
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Dario Carlevaris  
● tel: 040.3785.800  
● e-mail: [provveditorato@burlo.trieste.it](mailto:provveditorato@burlo.trieste.it)  
● e-mail: [francesco.barbagli@burlo.trieste.it](mailto:francesco.barbagli@burlo.trieste.it)  
● posta certificata: [OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it)



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet n. IT-38050

Si elencano di seguito le informazioni necessarie ai fini della presentazione delle manifestazioni di interesse:

1. **STAZIONE APPALTANTE:** Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico BURLO GAROFOLO – Ospedale pubblico ad alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino Via dell'Istria n. 65/1 – 34137 Trieste - codice NUTS IT044 – Tel. 040 37851 – Fax 040762147 – indirizzo Internet: [www.burlo.trieste.it](http://www.burlo.trieste.it) – indirizzo PEC [OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it);
2. **SERVIZIO COMPETENTE:** S.C. Ingegneria Clinica, Informatica ed Approvvigionamenti - Via dell'Istria n. 65/1 – 34137 Trieste - Tel. 0403785802 – indirizzo PEC [OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it) – indirizzo e-mail: [dario.carlevaris@burlo.trieste.it](mailto:dario.carlevaris@burlo.trieste.it), [francesco.barbagli@burlo.trieste.it](mailto:francesco.barbagli@burlo.trieste.it);
3. **LUOGO DI INSTALLAZIONE:** Trieste, Via dell'Istria n. 65/1;
4. **REQUISITI PER L'AMMISSIONE:** Sono ammessi alla procedura i soggetti che hanno dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività corrispondente all'oggetto della procedura;
- requisiti di capacità tecnica e professionale prevista dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: avvenuta regolare esecuzione di forniture analoghe a quanto richiesto nel presente avviso, effettuate per conto di enti pubblici, con caratteristiche assimilabili a quelle sin qui, per un importo complessivo almeno pari ad € 85.000,00=, la cui esecuzione si sia svolta nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso

5. **OGGETTO DELLA FORNITURA e CARATTERISTICHE TECNICHE:** Il presente avviso ha ad oggetto la fornitura di un ecotomografo di fascia alta, in grado di supportare sonde ecografiche intraoperatorie oltre a sonde standard 2D e 3D/4D, con software avanzati per il microcircolo ad elevato frame rate, per la visualizzazione del mezzo di contrasto e per la "fusion imaging". L'apparecchiatura verrà utilizzata principalmente in ambito intraoperatorio ma anche in locali ambulatoriali per controlli ecografici dedicati allo studio delle pazienti oncologiche e con endometriosi (fusion, microcircolo, mezzi di contrasto).

Sotto si riporta la configurazione ed i requisiti tecnici previsti:

- Piattaforma ecografica di elevata fascia prestazionale;
- Dotato di sonde:
  - Convex 2D;
  - Endocavitaria 2D;
  - Intraoperatoria "a rasoio" ad elevata risoluzione;

- Laparoscopica multiplanare ad elevata risoluzione;
- Dotati di software avanzati quali:
  - Software per l'ottimizzazione del microcircolo con possibilità di campionamento PW, attivabile su tutte le sonde richieste;
  - Software (e relativo hardware) per la "fusion imaging" da immagini TC e RMN, attivabile almeno sulle sonde convex 2D ed endocavitaria 2D
  - Software per il mezzo di contrasto, attivabile su tutte le sonde richieste;
- Moduli DICOM per il collegamento al PACS - EBIT ed a ViewPoint 6 in uso presso l'Istituto;
- Stampante B/N, masterizzatore e uscite USB;
- Opzionale:
- Piattaforma utilizzabile anche per esami 3D-4D, di prossima implementazione. Dotato quindi di sonde convex 3D/4D ed endocavitarie 3D/4D e relativi software di elaborazione;

Compresa nella fornitura:

- Consegna ed installazione;
- Supporto per la connessione al PACS;
- Formazione del personale utilizzatore;
- Manutenzione FULL RISK omnicomprensiva per i 24 mesi;

6. **IMPORTO:** L'importo riferito alla presente indagine di mercato per la configurazione descritta viene stimato complessivamente in € 85.000,00 (oltre IVA).
7. **TEMPO DI CONSEGNA e COLLAUDO:** La consegna del sistema dovrà avvenire entro 45 giorni decorrenti dalla avvenuta stipula del contratto di fornitura.
8. **NORMATIVA APPLICABILE:** D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;
9. **PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:** La manifestazione d'interesse, redatta in lingua italiana, dovrà essere inviata mezzo PEC all'indirizzo [OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it) indirizzata all'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo - S.C. Ingegneria Clinica, Informatica ed Approvvigionamenti - e riportare in oggetto la seguente dicitura: <MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - ECOTOMOGRAFO PROGETTO F.E.M.A.L.E. >.

La richiesta dovrà pervenire **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 08/02/2021.**

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare:

- a. la propria manifestazione d'interesse sottoscritta dal legale rappresentante utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto;
- b. Documenti tecnici del sistema proposto, volto a dimostrare la rispondenza ai requisiti prestazionali richiesti;

La richiesta dovrà indicare necessariamente un indirizzo PEC, a cui l'Istituto invierà tutte le eventuali successive comunicazioni. L'Istituto non si assume responsabilità in ordine a mancate

comunicazioni dovute ad eventuali indirizzi di posta certificate erronei od incompleti, comunicati dall'operatore.

10. **INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI:** Qualsiasi informazione può essere richiesta a mezzo mail all'indirizzo:

- a. [Francesca.buonomo@burlo.trieste.it](mailto:Francesca.buonomo@burlo.trieste.it) per informazioni di carattere clinico/specialistico;
- b. [francesco.barbagli@burlo.trieste.it](mailto:francesco.barbagli@burlo.trieste.it) per informazioni di carattere tecnico/amministrativo;

**entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/02/2021.**

Eventuali chiarimenti saranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto ([www.burlo.trieste.it](http://www.burlo.trieste.it)) alla sezione **Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti**;

Nella medesima sezione sarà parimenti pubblicata ogni ulteriore comunicazione inerente la procedura;

11. **RICORSI:** L'organo competente per le procedure di ricorso è esclusivamente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia con sede a Trieste, in Piazza dell'Unità d'Italia n. 7 - 34121 - telefono 040 6724711 - fax 040 6724720. I termini per la proposizione del ricorso sono indicati nel Libro II del Codice del Processo Amministrativo, D. L.vo 02.07.2010, n. 104.

12. **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii, è il Dott. Dario Carlevaris (tel. 040/3785 432 - indirizzo mail: [dario.carlevaris@burlo.trieste.it](mailto:dario.carlevaris@burlo.trieste.it));

13. **PUBBLICAZIONE:** Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data **25/01/2021**.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
per la SC di Ingegneria Clinica, Informatica ed  
Approvvigionamenti  
Dott. Dario CARLEVARIS  
- documento firmato digitalmente -