

Trieste, data della firma digitale

CHIARIMENTI

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI

FRIGORIFERI E CONGELATORI VARI PER L'IRCCS BURLO GAROFOLO

La presente per modificare l'avviso nei requisiti sotto elencati. In rosso le modifiche ed integrazioni:

Congelatori -80:

- Capacità litri: 500 l - **700 l**
- Configurazione interna: **3** ripiani in INOX AISI 304 o soluzione equivalente
- Accessori/allarmi minimi:
 - - Allarme temperatura min/max;
 - - Allarme porta aperta;
 - - Allarme sonda guasta;
 - ~~illuminazione a LED~~
 - - Serratura con chiave;
 - - Ruote
 - - centralina autoalimentata
 - - valvola di compensazione

Tra i requisiti validi per tutte le apparecchiature:

- Predisposizione ~~secondo~~-foro per **seconda** sonda di temperatura **di dimensioni idonee all'inserimento di sonde analogiche e digitali ed in posizione ergonomica;**

Il Responsabile Unico del Procedimento
per la SC di Ingegneria Clinica, Informatica ed
Approvvigionamenti
Dott. Dario CARLEVARIS
- documento firmato digitalmente -